



ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018/1.2 RPOWSL

punkt B: Kolorymetr

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza kolorymetr z odpowiedzią spektralną 420 – 710 nm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza kolorymetr z odpowiedzią spektralną 420-710nm, która znajduje się w zakresie podanym w SWZO.

Ekomax Sp. z o.o.
Agnieszka Krupińska
V-ce Prezes Zarządu

Ekomax Sp. z o.o.
Stanisław Gąshta
Prezes Zarządu

Ekomax Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Pszczyńska 206
NIP 631-22-99-348, REGON 277236334