

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018/1.2 RPOWSL

punkt B: Kolorymetr

Pytanie 1:

Czy dopuszczą Państwo możliwość złożenia oferty na urządzenie o parametrach i możliwościach większych niż wyspecyfikowane, a mianowicie szerszym zakresie odpowiedzi spektralnej: od 380 do 720nm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga spełnienia kryterium polegającego na parametrze "Odpowiedź spektralna: od 380 nm do 710 nm" zatem urządzenie posiadające ww. parametr w zakresie 380 nm do 720 nm mieści się w zakresie wymagań Zamawiającego jakie zostały ujęte w zapytaniu ofertowym.

Zmawiający zastrzega, że kwestia spełniania kryterium technicznego zostanie oceniona na podstawie pełnej, kompleksowej oferty.

Ekomax Sp. z o.o.

Agnieszka Krupińska
V-ce Prezes Zarządu

Ekomax Sp. z o.o.

Tomasz Grabowski
V-ce Prezes Zarządu