



ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018/1.2 RPOWSL

punkt A Wirówka laboratoryjna z rotorem horyzontalnym

Pytanie 1:

Dotyczy punktu 14 SWZO.

W związku z tym, że Zamawiający wymaga wirówki specjalistycznej, która bardzo rzadko jest sprzedawana, prosimy o dopuszczenie referencji na wirówki laboratoryjne czyli na wirówki z tej samej grupy urządzeń laboratoryjnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje wymóg sprzedaży co najmniej jednej wirówki, zgodnie ze specyfikacją zapytania ofertowego, w ciągu ostatnich trzech lat na terenie Europy

Pytanie 2:

1. W związku z tym, że wirówka o wymaganych parametrach jest wirówką laboratoryjną należącą do serii wirówek „Digtor 21”, a parametry techniczne wirówek w tej grupie są takie same lub zbliżone, różnią się między sobą przede wszystkim rozszerzeniem literowym przy głównej nazwie „Digtor 21” i zastosowaniem oraz ilością wyposażenia przy czym wyposażenie do każdej wirówki z tej serii jest takie same lub zbliżone, przykładowo są to wirówki :
 - Digtor 21
 - Digtor 21 R
 - Digtor 21 C
 - Digtor 21 C-U

i z uwagi na fakt, że Digtor 21 C ze względu na specyficzne zastosowanie jest wirówką rzadziej dostarczaną, a częściej dostarczaną w tej samej serii wirówek jest Digtor 21 lub Digtor 21 R zwracamy się o **dopuszczenie referencji na dostawę wirówki laboratoryjnej z wirnikiem horyzontalnym z tej samej serii wirówek** co wirówka wymagana lecz o takich samych lub zbliżonych parametrach i wyposażeniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza referencje na dostawę wirówki laboratoryjnej z rotorem horyzontalnym z tej samej serii wirówek, zgodnie z zapytaniem Oferenta

Pytanie 3:

2. W związku z ocenianym parametrem jakim jest gwarancja i świadczenie usług gwarancyjnych, czy Zamawiający wymaga, aby serwis gwarancyjny na oferowaną wirówkę był autoryzowanym serwisem producenta na terenie Polski?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby Serwis gwarancyjny na oferowaną wirówkę był zgodny z zapisami ujętymi w SWZO.



ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018/1.2 RPOWSL

punkt C - Mieszadło mechaniczne

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści mieszadło mechaniczne o obrotach regulowanych 0/6 rpm do 2000 rpm, max lepkość mieszanej substancji 100 000 mPas, moment obrotowy 200 Ncm, wyposażone w statyw zgodny z SIWZ, złączkę producenta oraz końcówkę mieszającą śmigłową 4-łopatkową o długości 540 mm, średnicy trzpienia końcówki 8mm, średnicy śmigła 4-łopatkowego 100 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza mieszadła mechanicznego ze względu na wymiar średnicy śmigła 4-łopatkowego, które nie spełnia wymagań SWZO w części „C” w pozycji 6.4. W ramach planowanych badań, maksymalny wymiar śmigła nie może być większy niż 70mm.

Ekomax Sp. z o.o.
Agnieszka Krupińska
V-ce Prezes Zarządu

Ekomax Sp. z o.o.
Stanisław Guźda
Prezes Zarządu

Ekomax Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Pszczyńska 206
NIP 631-22-99-348. REGON 277236334